

कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि, (गु.नि) दुर्गापुरा, जयपुर

क्रमांक:-प60)सं.नि.कृ/गु.नि/ईबिड/2016-17 | 1224-43 दिनांक:-10.03.2017

कार्यालय आदेश

नवीन राजकीय कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशाला भरतपुर एवं राजकीय जैव कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशाला दुर्गापुरा जयपुर में प्रयोगशाला उपकरणों के उपापन बाबत जारी ई-टेंडर क्रमांक 1080 दिनांक 8.2.2017 (टेंडर आई डी-2017-agric-55250-1)की तकनीकी निविदा दिनांक 28.2.2017 को खोली गई थी। उपापन समिति द्वारा निविदा का तकनीकी मूल्यांकन दिनांक 06.03.2017 को बैठक में किया गया। तकनीकी मूल्यांकन एवं उपापन समिति का निर्णय निम्नानुसार है -

**1. Name of equipment- Gas Chromatograph**

S.N	Name of firm	Make & Modal	विवेचन	उपापन समिति का निर्णय
1	P.G. Tech Pvt Ltd, Indore	Younglin YL- 6500	1.तकनीकी विभिन्नताओं के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। 2.फर्म द्वारा संपूर्ण बिड डॉक्युमेंट हस्ताक्षर कर ऑनलाइन अपलोड नहीं किया गया। 3.सक्षम अधिकारी से कर बकाया नहीं होने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।	तकनीकी अनुपयुक्त
2.	Newcrome Technologies, New Delhi	Series 6900	1.फर्म द्वारा संपूर्ण बिड डॉक्युमेंट हस्ताक्षर कर ऑनलाइन अपलोड नहीं किया गया।	तकनीकी अनुपयुक्त
3.	Del tech Instruments Pvt.Ltd, New Delhi	Series 6800	1.कर चुकता प्रमाण पत्र की ऐवज में रिटर्न की प्रति प्राप्त हुई है, जो कि मान्य नहीं है।	तकनीकी अनुपयुक्त

**2. Name of equipment- Analytical Balance**

S.N	Name of firm	Make & Modal	विवेचन	उपापन समिति का निर्णय
1	P.G. Tech Pvt Ltd, Indore	Citizen GY 205C	1. तकनीकी विभिन्नताओं के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। 2. फर्म द्वारा अंकित मॉडल सिटीजन CY 205 C सिटीजन के ऑरिजनल केटेलॉग में नहीं हैं। फर्म द्वारा	तकनीकी अनुपयुक्त

			ACZET नाम से ब्रासर प्रस्तुत किया है जो कि निविदा में प्रस्तुत दस्तावेज से भिन्न है। 3. फर्म द्वारा संपूर्ण बिड डॉक्युमेंट हस्ताक्षर कर ऑनलाइन अपलोड नहीं किया गया। 4.सक्षम अधिकारी से कर बकाया नहीं होने का प्रमाण/कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।	
2.	Metro Trading Corp. Jaipur	Wenser MAB 250	1.तकनीकी विभिन्नताओं के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।	तकनीकी अनुपयुक्त
3.	Del tech Instruments Pvt.Ltd, New Delhi	Sartorius MSE225S-100-DU	2. कर चुकता प्रमाण पत्र की ऐवज में रिटर्न की प्रति प्राप्त हुई है, जो कि मान्य नहीं है।	तकनीकी अनुपयुक्त
4.	The Scientific Supplier, Jodhpur	Citizen CX-205	1.फर्म द्वारा अंकित मॉडल के तकनीकी स्पेशिफिकेशन सिटिजन के ऑरिजनल, ब्रासर से तकनीकी रूप से भिन्न पाये गये हैं।	तकनीकी अनुपयुक्त

### 3. Name of equipment- Elisa

S.N	Name of firm	Make & Modal	विवेचन	उपापन समिति का निर्णय
1	Metro Trading Corp. Jaipur	Lisa Plus Lisa Washer	निर्धारित तकनीकी मानदण्डों से भिन्नता होने से एवं इस क्रम में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।	तकनीकी अनुपयुक्त
2.	Chemicals India, Jaipur	Alesa Easy reader 2100 C Eash Wash 2600C	निर्धारित तकनीकी मानदण्डों से भिन्नता होने से एवं इस क्रम में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।	तकनीकी अनुपयुक्त
3.	The Scientific Supplier, Jodhpur	Benchtop BTPR1-E	निर्धारित तकनीकी मानदण्डों से भिन्नता होने से एवं इस क्रम में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।	तकनीकी अनुपयुक्त
4.	S S Enterprises, Bikaner	Robonik	1.फर्म द्वारा संपूर्ण बिड डॉक्युमेंट हस्ताक्षर कर ऑनलाइन अपलोड नहीं किया गया।	तकनीकी अनुपयुक्त



**6. Name of equipment- Florescent Microscope with Phase Contrast attachment**

S.N	Name of firm	Make & Modal	विवेचन	उपापन समिति का निर्णय
1	Metro Trading Corp. Jaipur	Radical RXLr Series	निर्धारित तकनीकी मानदण्डों से भिन्नता होने से एवं इस क्रम में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।	तकनीकी अनुपयुक्त
2.	Chemicals India, Jaipur	Motic BA 410E Triinocular 100W	निर्धारित तकनीकी मानदण्डों से भिन्नता होने से एवं इस क्रम में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।	तकनीकी अनुपयुक्त
3.	P G Tech Pvt Ltd, indore	B-1000 FL HBO Make OPTIKA	1. निर्धारित तकनीकी मानदण्डों से भिन्नता होने से एवं इस क्रम में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। 2. फर्म द्वारा संपूर्ण बिड डॉक्युमेंट हस्ताक्षर कर ऑनलाइन अपलोड नहीं किया गया। 3. सक्षम अधिकारी से कर बकाया नहीं होने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।	तकनीकी अनुपयुक्त
4.	Deltech Instruments , New Delhi	Labo Vision KFL-40	4. कर चुकता प्रमाण पत्र की ऐवज में रिटर्न की प्रति प्राप्त हुई है, जो कि मान्य नहीं है। 5. फर्म द्वारा अंकित मॉडल KFL-40 है, जबकि CE Certificate में उक्त मॉडल अंकित नहीं है। वेबसाइट पर भी उक्त मॉडल उपलब्ध नहीं है। फर्म द्वारा अंकित मॉडल अस्तित्व में नहीं है। 6. तकनीकी दक्षता हेतु सप्लाय ऑर्डर एवं युजर लिस्ट की कॉपी एवं सन्तोषप्रद कार्य स्थिति से सम्बन्धित दस्तावेज नहीं है। युजर लिस्ट में मात्र BINOCULAR MICROSCOPE ही है। Florescent Microscope के सप्लाय ऑर्डर एवं युजर लिस्ट नहीं है।	तकनीकी अनुपयुक्त

**7. Name of equipment- UV-VIS Spectrophotometer**

S.N.	Name of firm	Make & Modal	विवेचन	उपापन समिति का निर्णय
1	Metro Trading Corp. Jaipur	Wenser LMSP-UV-	1. निर्धारित तकनीकी मानदण्डों से भिन्नता होने से एवं इस क्रम में	तकनीकी अनुपयुक्त

