

संयुक्त निदेशक कृषि, (गु.नि) दुर्गापुरा, जयपुर
क्रमांक:-प6()सं.नि.कृ/गु.नि/ईबिड/2017-18/1139-52 दिनांक:-15.02.2018

कार्यालय आदेश

नवीन राजकीय कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशाला भरतपुर में प्रयोगशाला उपकरणों के उपापन बाबत जारी ई-टेंडर क्रमांक 936-53 दिनांक 19.01.2018 (टेंडर आई डी-2018_agric_91261_1)की तकनीकी निविदा जो कि दिनांक 08.2.2018 को उपापन समिति के समक्ष खोली गई थी, जिसमें कुल छः निर्माताओं/ अधिकृत विक्रेता/ वितरक से आनलाईन प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनका विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	फर्मकानाम	उपकरण का नाम जिसके लिये प्रस्ताव प्राप्त हुए
1-	MotrasScientific Inst. Pvt. Ltd. B-62, New Delhi	U.V.-Vis Spectrophotometer
2-	Neha Enterprises 14- Friends Colony, Civil Lines, Rampur (UP)	Gas Liquid Chromatograph
3-	Metro Trading Cor. PharmaPlaza ,Buliding, Film Colony, Jaipur.	Analytical balance, Sonicator, U.V.-Vis Spectrophotometer, Magnetic Stirrer, Soxhlet with six heater set, Vacuum pump, Muffle furnace
4-	Chino Scientifce Inst. MFG. 3/15, PnchSheel, Ajmer.	Analytical balance , Sonicator, U.V.-Vis Spectrophotometer, Magnetic Stirrer, Soxhlet with six heater set, Vacuum pump, Muffle furnace
5-	The Bhusan Traders 65, Vigyanlok, Delhi.	Analytical balance
6-	Deltech Inst. A-39, SwasthyaVihar, VikasMarg, New Delhi	Gas Liquid Chromatograph, Analytical balance

उपकरण आईटम सं० 5(एयर कन्डीशनर), आईटम सं० 6(रेफ्रिजरेटर), आईटम सं० 7 (फोटोकॉपियर), आईटम सं० 8(कम्प्यूटर सेट विद प्रिन्टर), आईटम सं० 9(लेपटाप) के लिये एक भी निविदा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

15/2

आठ आईटम्स हेतु कुल छः निविदाएं प्राप्त हुई जिनका तकनीकी मूल्यांकन वास्ते आज दिनांक 15.02.2018 को उपापन समिति की बैठक आयोजित की गई। निविदा प्रस्तावों का तकनीकी मूल्यांकन निम्नानुसार है—

क्र. सं.	फर्मकानाम	दस्तावेजों में एतिहासिक किस्म के दस्तावेजों की पायी गयी कमियों का विवरण	विशेष विवरण
1-	MotrasScientific Inst. Pvt. Ltd. B-62, New Delhi	1.निविदा शर्तों के तहत टेन्डर व ई.एम. डी. फीस के लिये डिमांड ड्राफ्ट संलग्न/ अपलोड नहीं किया गया। संबंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड से जारी प्रमाण पत्र राज्य में टेन्डर व ई.एम.डी. फीस की छूट हेतु मान्य नहीं है। 2.निविदा शर्तों के अनुसार पूर्ण बिड डाक्यूमेंट हस्ताक्षरित कर अपलोड नहीं किया गया। 3. वर्ष 16-2017 का टर्नओवर एवं नेटवर्थ प्रमाणपत्र अपलोड नहीं किया गया। 4. GST return submission का प्रमाण अपलोड नहीं किया गया।	क्र0सं0 1 व 2 के कारण निविदा निरस्त योग्य है।
2-	Neha Enterprises 14-Friends Colony, Civil Lines, Rampur (UP)	1.निविदा शर्तों के अनुसार पूर्ण बिड डाक्यूमेंट हस्ताक्षरित कर अपलोड नहीं किया गया। 2. GST return submission का प्रमाण अपलोड नहीं किया गया।	क्र0सं0 1 के कारण निविदा निरस्त योग्य है।
3-	Metro Trading Cor. PharmaPlaza ,Buliding, Film Colony, Jaipur.	1.GST return submission का प्रमाण अपलोड नहीं किया गया।	वांछित दस्तावेज निर्धारित अवधि में अपलोड किया जावे।
4-	Chino Scientifce Inst. MFG. 3/15, Panchsheel, Ajmer.	1.GST return submission का प्रमाण अपलोड नहीं किया गया। 2.SSI Unit के तहत प्रयोगशाला उपकरणों का उपकरणवार manufacturing licence अपलोड नहीं किया गया।	वांछित दस्तावेज निर्धारित अवधि में अपलोड किया जावे।

for

5-	The Bhusan Traders 65, Vigyanlok, Delhi.	1.निविदा शर्तों के अनुसार पूर्ण बिड डाक्यूमेंट हस्ताक्षरित कर अपलोड नहीं किया गया। केवल पेज नं0 35 से 48 तक हस्ताक्षरित कर अपलोड किये गये हैं। 2. Commercial establishment का प्रमाण अपलोड नहीं किया गया। 3. 2014-15 से 2016-17 का नेटवर्थ प्रमाणपत्र अपलोड नहीं किया गया। 4. GST return submission का प्रमाण अपलोड नहीं किया गया।	क्र0सं0 1 के कारण निविदा निरस्त योग्य है।
6-	Deltech Inst. A-39, SwasthyaVihar, VikasMarg, New Delhi	1.Certificate of incorporation अपलोड नहीं किया गया। 2. वर्ष 16-2017 का टर्नओवर एवं नेटवर्थ प्रमाणपत्र अपलोड नहीं किया गया।	वांछित दस्तावेज निर्धारित अवधि में अपलोड किया जावे।

कमेटी द्वारा उपरोक्त फर्मों की कमियों के संबंध में विचार विमर्श किया गया तथा निविदा जारी होने से पूर्व के एतिहासिक किस्म के दस्तावेजों की प्रतियां/स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु सहमति व्यक्त की गई जिससे कि निविदा में समुचित प्रतिस्पर्धा प्राप्त हो सके। इस हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 61(2) के अनुसार उक्त वर्णित फर्मों से कमी पूर्ति के दस्तावेज प्राप्त करने हेतु दिनांक 19.02.2018, सोमवार को प्रातः 11.00 बजे तक का समय दिया जाना प्रस्तावित किया गया।

कमी पूर्ति के प्राप्त दस्तावेजों की पुनः समीक्षा हेतु दिनांक 19.02.2018 को ही प्रातः 11.30 बजे उपापन समिति की बैठक आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया। जिससे समय पर प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर वित्तीय निविदा शीघ्र खोले जाने की कार्यवाही की जा सके।

उपकरणवार तकनीकी मूल्यांकन निम्नानुसार है-

1. Name of equipment- Gas Chromatograph

S.N	Name of firm	Make & Modal	Technical responsive / shortcomings
1	Deltech Inst. A-39, SwasthyaVihar, VikasMarg, New Delhi	Newchrom 6800	Found as per specifications
2.	Neha Enterprises 14-Friends Colony, Civil Lines, Rampur (UP)	Newchrom 6802	Found as per specifications

१

2. Name of equipment- Analytical Balance

S.N	Name of firm	Make & Modal	Technical responsive / shortcomings
1	Metro Trading Cor. PharmaPlaza ,Buliding, Film Colony, Jaipur.	Aczet- CY-265C	Minimum load 0.01mg not mentioned in the provided leaflet
2.	Chino Scientifce Inst. MFG. 3/15, Panchsheel, Ajmer.	CSIM-82 SM	Found as per specifications
3.	Del tech Instruments Pvt.Ltd, New Delhi	RADWAG Poland- XA210.4Y. A	Overload protection not mentioned in the provided leaflet
4.	The Bhusan Traders 65, Vigyanlok, Delhi.	Aczet- CY-205A	Minimum load and overload protection not mentioned in the provided leaflet

3. Name of equipment- Sonicator

S.N	Name of firm	Make & Modal	Technical responsive / shortcomings
1	Metro Trading Cor. PharmaPlaza ,Buliding, Film Colony, Jaipur.	LABMAN - LMUC 2	Uniform cavitation throuout the tank with special transducers not mentioned in the provided leaflet
2.	Chino Scientifce Inst. MFG. 3/15, Panchsheel, Ajmer.	CSIM- UC-2	Found as per specifications

4. Name of equipment- UV-Vis Spectrophotometer

S.N	Name of firm	Make & Modal	Technical responsive / shortcomings
1	MotrasScientific Inst. Pvt. Ltd. B- 62, New Delhi	UVPLUS HSN Code 9027	Wave length slew rate about 15000 nm/min.not mentioned on provided leaflets
2.	Metro Trading Cor. PharmaPlaza ,Buliding, Film Colony, Jaipur.	Labtronics LT-2800 V	Found as per specifications
3.	Chino Scientifce Inst. MFG. 3/15, Panchsheel, Ajmer.	Chino- UV- 2700	Halogen Lamp not mentioned on provided leaflet Wave length slew rate about 15000 nm/min.not mentioned on provided leaflets

